

**IEC 60601-2-20**  
(Second edition – 2009)

Medical electrical equipment –

Part 2-20: Particular requirements for the basic  
safety and essential performance of  
infant transport incubators

**CEI 60601-2-20**  
(Deuxième édition – 2009)

Appareils électromédicaux –

Partie 2-20: Exigences particulières pour la  
sécurité de base et les performances  
essentiels des incubateurs de transport  
pour nouveau-nés

## **CORRIGENDUM 2**

**201.9.6.2.1.102 \* Audible alarms  
sound level**

*Replace the existing first sentence by the  
following:*

Auditory ALARM SIGNALS shall have a sound  
level of at least 65 dBA at a distance of  
3 m perpendicular to the front of the  
control unit in a reflecting room.

**201.9.6.2.1.102 \* Niveau de pression  
acoustique de l'alarme sonore**

*Remplacer la première phrase existante  
par la suivante:*

Dans un local réfléchissant, les SIGNAUX  
D'ALARME sonore doivent produire un  
niveau de pression acoustique d'au moins  
65 dBA à une distance de 3 m  
perpendiculaire à l'avant de l'élément de  
commande.