

IEC 60601-2-21
(Second edition – 2009)

Medical electrical equipment –

**Part 2-21: Particular requirements for
the basic safety and essential performance
of infant radiant warmers**

CEI 60601-2-21
(Deuxième édition – 2009)

Appareils électromédicaux –

**Partie 2-21: Exigences particulières pour
la sécurité de base et les
performances essentielles des incubateurs
radiants pour nouveau-nés**

CORRIGENDUM 1

**201.9.6.2.1.101 * Audible alarms
sound level**

*Replace, in the first paragraph, the
existing first sentence by the following:*

Auditory ALARM SIGNALS shall have a sound
level of at least 65 dBA at a distance of
3 m from the front of the INFANT RADIANT
WARMER in a reflecting room.

**201.9.6.2.1.101 *Niveau sonore
des alarmes sonores**

*Remplacer, dans le premier alinéa, la
première phrase existante par la suivante:*

Dans un local réfléchissant, les SIGNAUX
D'ALARME sonore doivent produire un
niveau de pression acoustique d'au moins
65 dBA à une distance de 3 m de l'avant
de l'INCUBATEUR RADIANT POUR NOUVEAU-
NÉS.