

IEC 60601-2-20
(Second edition – 2009)

Medical electrical equipment –

**Part 2-20: Particular requirements for the basic safety
and essential performance of infant transport incubators**

C O R R I G E N D U M 1

201.4.3.101 ESSENTIAL PERFORMANCE OF INFANT TRANSPORT INCUBATORS

Replace the existing Table 201.101 by the following:

Table 201.101 – Additional ESSENTIAL PERFORMANCE requirements

Requirement	Subclause
ESSENTIAL PERFORMANCE requirement 1	201.12.1.104 or generation of a visual and audible alarm in compliance with 201.9.6.2.1.102
ESSENTIAL PERFORMANCE requirement 2	201.12.1.106 or generation of a visual and audible alarm in compliance with 201.9.6.2.1.102

201.9.6.2.1.101 Sound level within the COMPARTMENT

In the first paragraph, replace the reference to "201.12.3.107" by "201.9.6.2.1.103".

CEI 60601-2-20
(Deuxième édition – 2009)

Appareils électromédicaux –

**Partie 2-20: Exigences particulières pour la sécurité de base
et les performances essentielles des incubateurs
de transport pour nouveau-nés**

CORRIGENDUM 1

201.4.3.101 Performances essentielles des incubateurs de transport pour nouveau-nés

Remplacer le Tableau 201.101 existant par le nouveau tableau suivant:

Tableau 201.101 – Exigences supplémentaires de PERFORMANCES ESSENTIELLES

Exigence	Paragraphe
Exigence 1 de PERFORMANCES ESSENTIELLES	201.12.1.104 ou génération d'une alarme visuelle et sonore conforme à 201.9.6.2.1.102
Exigence 2 de PERFORMANCES ESSENTIELLES	201.12.1.106 ou génération d'une alarme visuelle et sonore conforme à 201.9.6.2.1.102

201.9.6.2.1.101 Niveau de pression acoustique à l'intérieur du COMPARTIMENT

Dans le premier alinéa, remplacer la référence à "201.12.3.107" par "201.9.6.2.1.103".